



Table **GIOVE 1** à deux plans réglable électriquement ou hydrauliquement en hauteur pour kinésithérapie, massage et examen.

Sa structure permet de régler la hauteur sans déport latéral.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Plans	2
Garde au sol	12 cm
Déport latéral	0 cm
Largeur	65 ou 80 cm
Longueur	190 cm
Charge maximale, uniformément répartie	200 kg
Hauteur	49 - 95 cm
Alimentation	230 V 50/60 Hz 1,5A
Poussée vérin	8000 N
Indice de protection	IP 66
Proclive / déclive tête avec vérin à gaz	+70° -40°
Trou visage avec bouchon	inclus
Poids	70 kg



FISIOTECH SRL

Lieu d'activité : Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

Siège social : Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@emailsec.it

Numéro de TVA IT 03765100262 - Rea TV 296956

MODÈLES TABLE GIOVE 1

Description	Code RAL 7016	Code RAL 7035
Giove 1 pédale de commande. “S”tandard / “C”omfort	1118A20P1S/C	1118A30P1S/C
Giove 1 cadre de commande périphérique. “S”tandard / “C”omfort	1118A20C1S/C	1118A30C1S/C
Giove 1 cadre de commande périphérique aluminium. “S”tandard / “C”omfort	1118A20A1S/C	1118A30A1S/C
Giove 1 hydraulique. “S”tandard / “C”omfort	1118A20R0S/C	1118A30R0S/C
Giove 1 LARGE pédale de commande. “S”tandard / “C”omfort	1118A21P1S/C	1118A31P1S/C
Giove 1 LARGE cadre de commande périphérique. “S”tandard / “C”omfort	1118A21C1S/C	1118A31C1S/C
Giove 1 LARGE cadre de commande périphérique aluminium. “S”tandard / “C”omfort	1118A21A1S/C	1118A31A1S/C
Giove 1 LARGE hydraulique. “S”tandard / “C”omfort	1118A21R0S/C	1118A31R0S/C

SYSTÈMES DE RÉGULATION DA LA HAUTEUR



Giove 1 avec pédale de commande 24 V



Giove 1 avec cadre de commande périphérique



Giove 1 avec cadre de commande périphérique en aluminium.



Giove 1 hydraulique

COULEURS CHASSIS DISPONIBLES



Couleur structure RAL 7016



Couleur structure RAL 7035

FISIOTECH SRL

Lieu d'activité : Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

Siège social : Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@emailsec.it

Numéro de TVA IT 03765100262 - Rea TV 296956

REMBOURRAGE AVEC TÊTE CONFORT



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES REMBOURREMENT

Nom du produit	mousse de polyuréthane
Classe réaction au feu	1 IM (la meilleure)
Densité rembourrement	30 kg/m3
Hauteur rembourrement	40 mm



COLORIS SELLERIE



FISIOTECH SRL

Lieu d'activité : Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

Siège social : Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@emailsec.it

Numéro de TVA IT 03765100262 - Rea TV 296956

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES SELLERIE

CARACTÉRISTIQUE	NORME	U.d.M.	VALEURS
Résistance en traction	UNI EN ISO 1421 Méthode 1	N	Longitudinal ≥ 210 Trasversalement ≥ 90
Allongement à la rupture	UNI EN ISO 1421 Méthode 1	%	Longitudinal ≥ 85 Trasversalement ≥ 140
Détermination de la force de déchirure	EN ISO 13937-2: 2000	daN	Longitudinal $\geq 2,5$ Trasversalement $\geq 2,2$
Solidité des coloris au frottement	UNI EN ISO 105 X12: 2003 UNI EN ISO 105 D02: 1998	échelle de gris	Sec 4 Eau de javel 4/5 Alcool éthylique 3/4
Détermination de la résistance à l'usure: essai Martindale	UNI EN ISO 5470-2: 2004	cycles	Méthode 1 (direct) 65.000 Méthode 2 (inverse) 210.000
Résistance au feu Classe combustibilité	UNI 9175: 1987 UNI 9175/FA1: 1994		CLASSE 1.IM
Formaldéhyde libre ou Partiellement hydrolisable	UNI EN ISO 14184-1: 2011	mg/Kg	< 3
Phtalates	UNI EN ISO 14389: 2014	%	< 0,06
Arylamines	UNI EN ISO 14362-1: 2012	mg/Kg	Non détectable
Nettoyage	Nettoyer avec un chiffon humide et savonneux. Rincer avec eau claire. Ne pas utiliser solvants, eau de javel et détergents chimiques ou spray de polissage.		
Caractéristiques particulières	Antibactérien Fongicide		
Composition	PVC plastifié 88% - Polyester 12%		

RESISTANCE AU FEU SELON LES NORMES:
IMO - 2010 FTP CODE Part 8
"Test pour meubles rembourrés"
par 7.2 BRÛLURE DE CIGARETTE EN
COMBUSTION LENTE
par 7.3 ESSAI AVEC FLAMME DE PROPANE
EN 1021-1: 2006 brûlure de cigarette en
combustion lente
EN 1021-2: 2006 flamme équivalente à celle
d'une allumette

FISIOTECH SRL

Lieu d'activité : Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

Siège social : Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@emailsec.it

Numéro de TVA IT 03765100262 - Rea TV 296956

OPTIONS SÉRIE TOP

Code 1218010 SUPPORT ROULEAU DRAP D'EXAMEN

Structure en métal à placer sur le côté des pieds.



Code 1218020 ROULETTES

Jeu de quatre roulettes escamotables pour le déplacement de la table. Ø 75 mm.



Code 1218030 AIMANT DE SÉCURITÉ

Enlèvant l'aimant les fonctions de réglage électrique sont bloquées pour éviter tout actionnement involontaire des vérins

Code 1218040 CLIC DOUBLE AVEC AIMANT DE SÉCURITÉ

Logiciel grâce auquel les vérins sont activés uniquement par une double impulsion de la commande pour éviter tout actionnement involontaire.

NON DISPONIBLE SUR MOUVEMENT AVEC CADRE DE COMMANDE EN ALUMINUM.



Code 1218050 PRISE SUISSE



Code 1218051 PRISE UK



FISIOTECH SRL

Lieu d'activité : Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

Siège social : Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@emailsec.it

Numéro de TVA IT 03765100262 - Rea TV 296956

OPTIONS GÉNÉRALES

Code 1210020 PORTE ROULEAU DRAP D'EXAMEN SUR PIEDS

Porte rouleau drap d'examen pour tables d'examen, massage et traitement.

Structure en métal époxy, facile à déplacer.

Dimensions : longueur 71 cm largeur 25 cm hauteur 81 cm



Code 1210040 HOUSSE

Housse éponge avec bordure élastique, peut être utilisée sur toutes les tables à examen et traitement de largeur de 65 cm. Lavable, coloris gris.

Code 1210050 HOUSSE

Housse éponge avec bordure élastique, peut être utilisée sur toutes les tables à examen et traitement de largeur de 80 cm. Lavable, coloris gris.



Code 1210060 DRAP D'EXAMEN 2 PLIS

Carton de 6 rouleaux

Dimensions : Largeur 60 cm – Longueur rouleau 65 m.



FISIOTECH SRL

Lieu d'activité : Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

Siège social : Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@emailsec.it

Numéro de TVA IT 03765100262 - Rea TV 296956