



Lettino **MARTE 4** a quattro sezioni
regolabile elettricamente o
idraulicamente in altezza, per terapia,
massaggi e visita medica.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Sezioni lettino	4
Passaggio sollevatore (escluso modello con pedaliera circolare)	12 cm
Scostamento del piano	24 cm
Larghezza	65/80 cm
Lunghezza	200 cm
Portata max uniformemente distribuiti	200 kg
Regolazione altezza	47/92 cm
Regolazione testata	Con molla a gas +65°-50°
Regolazione braccioli	manuale
Alimentazione a rete	230 V 50/60 Hz 1,5A
Spinta attuatore	8000 N
Protezione	IP 66 / IP 54
Foro per la respirazione completo di tappo	di serie
Peso	75 kg
Colore struttura	RAL 7035



FISIOTECH SRL

Sede Operativa e Amministrativa: Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

Sede legale : Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@emailsec.it

P.I. e C.F. 03765100262 - Rea TV 296956

VARIANTI DEL LETTINO MARTE 4

Descrizione	Codice
Marte 4 con comando a pedale. “S”tandard / “C”omfort	1121C30P1S/C
Marte 4 con pedaliera circolare. “S”tandard / “C”omfort	1121C30C1S/C
Marte 4 idraulico. “S”tandard / “C”omfort	1121C30R0S/C
Marte 4 LARGE con comando a pedale. “S”tandard / “C”omfort	1121C31P1S/C
Marte 4 LARGE con pedaliera circolare. “S”tandard / “C”omfort	1121C31C1S/C
Marte 4 LARGE idraulico. “S”tandard / “C”omfort	1121C31R0S/C

SISTEMI DI REGOLAZIONE ALTEZZA

Marte 4 con comando a pedale 24 V



Marte 4 con pedaliera circolare



Marte 4 idraulico



FISIOTECH SRL

Sede Operativa e Amministrativa: Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

Sede legale: Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail: info@fisiotech.com - pec: fisiotech@emailsec.it

P.I. e C.F. 03765100262 - Rea TV 296956

FORO VISO

STANDARD – COMPLETO DI TAPPO	COMFORT – COMPLETO DI TAPPO
	
	

CARATTERISTICHE TECNICHE IMBOTTITI

Denominazione prodotto
Classe reazione al fuoco
Densità imbottitura
Altezza imbottitura

Poliuretano espanso
1 IM
30 kg/m³
40 mm



FISIOTECH SRL

Sede Operativa e Amministrativa: Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

Sede legale : Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@emailsec.it

P.I. e C.F. 03765100262 - Rea TV 296956

COLORI RIVESTIMENTO



CARATTERISTICHE RIVESTIMENTO

CARATTERISTICA	NORMA	UNITÀ	VALORI
Resistenza alla trazione	UNI EN ISO 1421 Metodo 1	N	Longitudinale ≥ 210 Trasversale ≥ 90
Allungamento a rottura	UNI EN ISO 1421 Metodo 1	%	Longitudinale ≥ 85 Trasversale ≥ 140
Determinazione della forza di lacerazione	EN ISO 13937-2: 2000	daN	Longitudinale ≥ 2,5 Trasversale ≥ 2,2
Solidità del colore allo sfregamento	UNI EN ISO 105 X12: 2003 UNI EN ISO 105 D02: 1998	scala dei grigi	Secco 4 Candeggina 4/5 Alcool etilico 3/4
Determinazione resistenza all'usura: prova Martindale	UNI EN ISO 5470-2: 2004	cicli	Metodo 1 (diretto) 65.000 Metodo 2 (inverso) 210.000
Resistenza al fuoco Classe ignifugo	UNI 9175: 1987 UNI 9175/FA1: 1994		CLASSE 1.IM
Formaldeide libera o parzialmente idrolizzabile	UNI EN ISO 14184-1: 2011	mg/Kg	< 3
Ftalati	UNI EN ISO 14389: 2014	%	< 0,06
Arilammine	UNI EN ISO 14362-1: 2012	mg/Kg	Non rilevabile
Pulizia	Pulire con tessuto inumidito e insaponato e sciacquare bene con acqua pulita. Non usare solventi, candeggine, e detersivi chimici o spray per lucidare.		
Caratteristiche particolari	Antibatterico Fungicida		
Composizione	PVC plastificato 88% - Poliestere 12%		

RESISTENZA AL FUOCO SECONDO LE NORME:
 IMO - 2010 FTP CODE Part 8
 "Test for upholstered furniture"
 par 7.2 SIGARETTA IN COMBUSTIONE LENTA
 par 7.3 PROVA DELLA FIAMMA DI PROPANO
 EN 1021-1: 2006 sigaretta in combustione lenta
 EN 1021-2: 2006 fiamma equivalente fiammifero

FISIOTECH SRL

Sede Operativa e Amministrativa: Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

Sede legale : Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@emailsec.it

P.I. e C.F. 03765100262 - Rea TV 296956

OPTIONALS SERIE NEW PROFESSIONAL

Codice 1218020 RUOTE

Serie di quattro ruote retrattili per lo spostamento del lettino
Ø 75 mm.



Codice 1210010 SUPPORTO ROTOLO CARTA

Struttura metallica applicabile alla sezione finale del lettino.



Codice 1221070 SPONDE LATERALI

Sponde laterali per una maggiore sicurezza del paziente mentre è disteso sul lettino. Posizionabili con un semplice meccanismo manuale.



Codice 1221030 MAGNETE DI SICUREZZA

Rimuovendo il magnete si impediscono tutte le funzioni elettriche dei comandi così da evitare azionamenti involontari degli attuatori.

Codice 1221040 DOPPIO CLIC + MAGNETE DI SICUREZZA

Software grazie al quale gli attuatori si attivano solo tramite doppio impulso del comando per evitare azionamenti involontari.



Codice 1221050 – PRESA SVIZZERA



Codice 1221060 – PRESA UK



FISIOTECH SRL

Sede Operativa e Amministrativa: Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

Sede legale: Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail: info@fisiotech.com - pec: fisiotech@emailsec.it

P.I. e C.F. 03765100262 - Rea TV 296956